

Nr	Data	Uwaga
1	2015-01-14	Opublikowano nową wersję wzoru umowy, zmiany zostały zaznaczone na czerwono
2	2015-01-19	Zamawiający będzie posiadał dewar firmy Cryo Anlagenbau GmbH o pojemności 60l Typ S, króciec przyłączeniowy DN50KF

Nr	Data	Pytanie	Odpowiedź
1	2015-01-14	Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym użytkownik będzie z poziomu oprogramowania wybierał rodzaj zainstalowanej geometrii pomiarowej czy urządzenie ma gwarantować możliwość automatycznego rozpoznawania geometrii pomiarowej	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez automatycznego rozpoznawania geometrii pomiarowej, w którym użytkownik sam wybiera z poziomu oprogramowania rodzaj zainstalowanej geometrii
2	2015-01-14	Czy w zakresie analizy danych dla badań oscylacyjnych jest wymagane aby oprogramowanie umożliwiało ocenę jakości danych w postaci danych surowych	Możliwość oceny jakości danych w postaci danych surowych nie była wymieniona w specyfikacji i jest funkcjonalnością mile widzianą lecz nie wymaganą
3	2015-01-15	Czy Zamawiający posiada zbiornik Dewar do przechowywania azotu ? Jeśli nie, jaka ma być objętość dostarczanego zbiornika do przechowywania ciekłego azotu?	Zamawiający posiada dewar firmy Air Liquide o pojemności 60 litrów, tak więc oferty nie muszą zawierać zbiornika na LN2.
4	2015-01-15	Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy?	Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu dostawy do 6 tyg. od daty podpisania zamówienia.
5	2015-01-15	Czy Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis znajdował się na terenie Polski i wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego autoryzację?	Obecność autoryzowanego serwisu w Polsce jest mile widziana jednak nie jest wymagana
6	2015-01-16	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wpłacenie wadium w pieniądzu zamiast gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej	Zamawiający wyraża zgodę na taką opcję
7	2015-01-19	Czy istnieje możliwość rozliczenia zakupu w walucie obcej?	Istnieje możliwość płatności w walucie innej niż PLN, np. EUR
8	2015-01-19	Czy Zamawiający posiada źródło sprężonego, bezolejowego powietrza?	Zamawiający nie posiada takiego źródła. Kompresor był wymieniony w specyfikacji i powinien być uwzględniony w ofercie
9	2015-01-19	Czy Dewar na azot posiada system generujący ciśnienie ok 1 bar	Dewar nie posiada systemu generującego ciśnienie
10	2015-01-19	Czy płynność finansowa może być udokumentowana opinią bankową	Tak, taki dokument jest akceptowalny przy ustalaniu sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy
11	2015-01-19	Czy oferta musi być złożona w języku polskim, czy dopuszcza się też opis urządzenia i wyposażenia w języku angielskim?	Oferta powinna być w języku polskim, natomiast opis urządzenia oraz wyposażenia może być w języku angielskim