

Nr	Data	Uwaga

Nr	Data	Pytanie	Odpowiedź
1	2014-12-04	Czy zamawiający zgadza się by dołączyć do oferty naczyńka ceramiczne np. 45 szt. ?	Tak, proszę dołączyć naczyńka ceramiczne jako zakup opcjonalny (nie wchodzący w skład oferty podstawowej)
2	2014-12-04	Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne które umożliwia pomiar maksymalnej próbki 1.5 g ?	Wymagany w specyfikacji zakres wagi pozostawia większą elastyczność w przygotowaniu próbek do badań nie wykluczając możliwość przygotowania bardzo małych próbek dla których pomiar będzie dokładniejszy. W związku z powyższym nie dopuszczamy rozwiązania ze zmniejszonym zakresem pomiarowym wagi.
3	2014-12-04	Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne, które wykorzystuje zamknięty obieg cieczy do chłodzenia Analizatora STA ?	Tak, dopuszczamy rozwiązanie wykorzystujące zamknięty obieg cieczy do chłodzenia analizatora STA.
4	2014-12-04	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie szkolenia w podgrupach?	Tak, nie ma przeciwwskazań do wykonania szkoleń w podgrupach.
5	2014-12-04	Czy zamawiający wyraża zgodę na to by dołączyć o oferty, jako opcje dodatkowe, moduły umożliwiające badane wpływu światła na własności mechaniczne próbek?	Tak, wyrażamy zgodę na dołączenie do oferty opcjonalnego oprzyrządowania dodatkowego. Będzie ono między innymi brane pod uwagę do oceny przez panel ekspertów.